AFFINIS® heavy body / fast heavy body • surface activated

Gebrauchsinformation DE

Definition
AFFINIS ist eine Dentalabformmasse auf A-Silikonbasis, mit automatischer Mischvorrichtung.

Materialtyp
Polyvinylsiloxan, additionsvernetzendes, oberflächenaktiviertes Silikon-Elastomer.

heavy body / fast heavy body
Basis: Hellblaue
Katalysator: caramel
– ISO 4823, Type 1, high consistency

Anwendungsgebiete
Abformmasse für die Überabformung in der Doppelmischtechnik (Fig. 1).
Löffelmasse für die Korrekturabformtechnik
Löffelmaterial für Dual-Arch Technik
Fixationsabformung/Übersprungtechnik
Für alle Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Implantate (nach abgeschlossener Einheilung, wenn eine Abformung vorgenommen werden soll).

Wichtig
Prüfen sie die Aushärtung der Abformung vor dem Entfernen mit dem spatel.
Höhere Temperaturen beschleunigen den Abbindeprozess, tiefere Temperaturen verlangsamen diesen.
Für eine verlängerte Verarbeitungszeit können sie das Material vor dem Gebrauch auch in den Kühlschrank stellen.

Gegenanzeigen
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine bekannt.

Neben- und Wechselwirkungen
Polyvinylsiloxane sind in Kombination mit gute biologische Verträglichkeit auf. Bis jetzt sind keine schädlichen Neben- und Wechselwirkungen bei Patienten und Praxispersonal bekannt. Abformstoffe sind indikationsgemäß dazu bestimmt, im Mund des Patienten eine Aushärtung zu gelangen. Den Verwelzdauer im Munde ist auf maximal die doppelte Ausführzeit zu beschränken. Trotz guter Restefestigkeit ist darauf zu achten, dass keine Materialreste im Verarbeitungsbereich im Sulcus zurückbleiben. Stark unterschiedende Stellen mit unserer Umständen vorgängig auszubrechen.

Haltbarkeit
Die Wahl des Löffels ist abhängig von der Abformtechnik oder speziellen Präferenz (korektionelle Löffel, „Dual-Arch" oder individuelle Löffel).
Für eine einwandfreie Haftung empfehlen wir, alle Löffel mit einer dünnen Schicht COLTENE Adhesive (nach ca. 1 min trocken) oder mit jedem anderen, für Polyvinylsiloxane geeigneten Adhäsiv zu bestreichen.

Mischen
1. Den Sicherheitsdeckel entfernen.
2. Den Drücker betätigen und ein wenig Material auf ein Papiertuch oder in ein Becken für Basis und Katalysator gleichmäßig aus der Öffnung austreten. Damit ist sichergestellt, dass die Rohren auf der gleichen Höhe stehen und eine optimale Mischung erreicht wird.
3. Den Kartuschenöffnungen mit Papiertuch abwischen.
4. Den entsprechenden Mixing Tip auf die Kartuschenöffnung aufsetzen und durch eine ¼ Drehung in Position bringen (Fig. 2).
5. Durch gleichmäßiges Betätigen des Drückers das Abformmaterial auspressen. Abrupte Bewegungen vermeiden. Loslassen des Drückers stoppt den Materialfluss.

Mixing Tip
Nach Gebrauch Mixing Tip mit Desinfektionsmittel abreiben und nicht entfernen! Der Mixing Tip dient als Verschluss bis zur nächsten Verwendung und verhindert eine Kontamination des Materials. Horizontal aufbewahren. Ein unmittelbar vor einneuten Gebrauch gebrauchten Mixing Tip entfernen, wiederum auf gleichmäßigen Materialfluss überprüfen und neuen Mixing Tip aufsetzen.

Gebrauchsempfehlung
•Doppelmischtechnik•
Während des Löffelfüllens kann der Behandler mit dem Applizieren des Korrekturmaterials beginnen. Beginn des Löffelfüllens im Quadrant, der Oral Tip immer in bereits ausgepresstem Material führen. *Löffel so fort in der Mund einbringen 2 – 3 x andrücken und in Ihr vollständigen Ausdehnung in situ halten.*

•Korrekturabformtechnik•
Um eine einwandfreie Verbindung mit der Korrektur-masse zu gewährleisten, muss der Erstabdruck nur wenn der weiteren Verwendung sorgfältig mit konservierten Wasser/ gereinigt und getrocknet werden.

Für eine verlängerte Verarbeitungszeit können sie das Material vor dem Gebrauch auch in den Kühlschrank stellen.

Wichtig
Immer mit Handschuhen arbeiten.
Hautsekretionen, wie Speichel/Sulcusfeuchte und von Latex-Handschuhen kontaminierte Oberflächen können die Polymerisation und somit auch die Endhärte negativ beeinflussen. Das Material und auch die Abformoberfläche sind vor jeder Feuchte ausgeschützt (ein, Retraktionsfäden etc.) sollen nur mit gründlich gewaschenen und gereinigten Handschuhen (15 s mit Seifenlösung waschen, 15 s mit lauwarmem Leitungswasser spülen) oder mit Vinyl-/ Nitrilhandschuhen in Berührung kommen. Ebenso können exogenoffalzige und gewisse blutstillende Präparate die Abbindung zu beschränken. Trotz guter Restefestigkeit ist darauf zu achten, dass keine Materialreste im Verarbeitungsbereich im Sulcus zurückbleiben. Stark unterschiedende Stellen mit unserer Umständen vorgängig auszubrechen.

Prüfen Sie die Aushärtung der Abformung auch intraoral vor dem Entfernen aus dem Mund.

Desinfektion
Die Abformung soll nach der Entnahme aus dem Mund unter fließendem Wasser abgespült werden. Eine anschließende Desinfektion mit in der Praxis üblichen Desinfektionsmitteln (gemäß Herstellerangaben) ist unbedenklich, muss aber nicht sein.

Hinweise zur Aushärtung der Abformung
Abgabe nur an Zahnärzte und zahntechnische Laboratorien oder in deren Auftrag.

Instructions for use EN

Definition
AFFINIS is a dental impression material for use in automatic mixing units, addition curing silicone.

Material type
Polyvinylsiloxane, addition-type, surface activated silicone elastomer.

heavy body / fast heavy body
Base: light brown
Catalyst: caramel
– ISO 4823, Type 1, high consistency

Indications
– Tray material for the 1-Step or double mix silicone technique (putty/wash).
– Tray material for the primary impression in 2-Step –heavy body/ wash- technique (similar to putty/wash technique.)
– Tray material for the Dual-Arch bite technique (closed mouth Dual-Arch technique)
– For full and partial denture impressions
– For all border mouldings, transfer copings or «pick-ups» and implant cases (once healing has taken place; and the case is ready for impression taking.)

Important
– Check intraorally if the material is completely set before removing from the mouth.
– Higher temperatures will speed up the setting process and lower temperatures will slow it down.
– For extended working time, material can be placed in the refrigerator prior to use.

Contra-indications
Provided that the product is used as directed, there are no known contra-indications.

Side effects / Interactions
Polyvinylsiloxanes have a very good biological compatibility and up to now no harmful reactions or secondary effects on patients and/or dental personnel are known. Impression materials are intended to set in the mouth of the patient. However, the heal-shortening time should not more than twice the recommended setting time. Although the material has good high tear strength, care should be taken that no portion of the impression remains in the undental spaces or in the gingival sulcus. Undercuts should, in certain instances, be blocked out before taking the impression.

Trays
Tray selection depends on impression technique and professional preference of stock trays, Dual-Arch bite trays or individual trays. For perfect adhesion, we recommend applying a thin layer of COLTENE Adhesive to the impression 1 min) or any other brand of adhesive specified for use with polyvinylsiloxane impression materials.

Dispensing preparation
1. Pull off the cartridge plug and discard it.
2. Eject a small amount of material directly out of the cartridge and wipe off the cartridge mouth by hand. Extrude enough material until it is uniformly coloured. Both pastes must be expelled. This ensures proper mixing.
3. Immediately wipe the cartridge orifice to remove excess material.
4. Attach the selected mixing tip to the cartridge and twist a ¼ turn clock-wise (90°) to lock it in place.
5. Squeeze the trigger with a smooth, steady force to mix and dispense material. Avoid abrupt movements. Release the trigger to stop the flow.

Mixing tip
Disinfect after use by wiping the Mixing Tip with a disinfectant. Store in horizontal position. Always use a new mixing tip for each new cartridge. This seals the cartridge until it is used again and prevents contamination.
Only remove mixing tip directly before the device is to be used again, check that material is ejected evenly and attach new Mixing Tip.

Recommendations for use «double mix technique»
While loading the tray, the dentist may begin to apply the wash-material around the preparation. The loading and application of the wash-material around the preparation have to be completed at the same time. Keep the oral tip inserted in the material at all times to avoid trapping air. *Immediately place filled tray into the patient's mouth. Press for 2 – 3 x and hold in position until the material is completely set.*

«two step technique»
If a 2-Step–putty or heavy body/ wash-technique is used, the primary impression, must be carefully cleaned with lukewarm water and dried before use. This will help guarantee good adhesion between the wash (low viscosity material) and tray material.

For extended working time, material can be placed in the refrigerator prior to use.

Caution
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Storage
Keep away sleeve.
Some latex gloves and surfaces contaminated by latex-based cleaning, preparations, retraction cords, etc.) may interfere with the setting process of polyvinylsiloxanes. The material and surfaces where the material is applied are sensitive to fat, preparations, retraction cords, etc.) should only come into contact with thoroughly washed and rinsed gloves (wash 15 s with a detergent, rinse with lukewarm tap water for another 15 s) or vinyl-/ nitrile gloves. Compounds containing eugenol or hemostatic substances can also impede perfect setting.
If (H_2O_2) hydrogen peroxide is used for disinfection, it is recommended to thoroughly rinse with water. Alcohol-containing and boil normalar Zimmertemperatur. Wenn das Material nach dem Mischen zwei bis maximal die doppelte Ausführzeit zu beschränken. Trotz guter Restefestigkeit ist darauf zu achten, dass keine Materialreste im Verarbeitungsbereich im Sulcus zurückbleiben. Stark unterschiedende Stellen mit unserer Umständen vorgängig auszubrechen.

Shelf life and storage
AFFINIS fulfils the intended purpose at least until the expiry date, which is displayed on the containers, in well sealed containers at temperatures 15 – 25 °C / 59 – 77 °F and 50 % relative air humidity. Impressions should be stored at normal room temperature, avoid exposure to heat and sun.

Caution
Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Important
Always wear gloves.
Some latex gloves and surfaces contaminated by latex-based cleaning, preparations, retraction cords, etc.) may interfere with the setting process of polyvinylsiloxanes. The material and surfaces where the material is applied are sensitive to fat, preparations, retraction cords, etc.) should only come into contact with thoroughly washed and rinsed gloves (wash 15 s with a detergent, rinse with lukewarm tap water for another 15 s) or vinyl-/ nitrile gloves. Compounds containing eugenol or hemostatic substances can also impede perfect setting.
If (H_2O_2) hydrogen peroxide is used for disinfection, it is recommended to thoroughly rinse with water. Alcohol-containing and boil normalar Zimmertemperatur. Wenn das Material nach dem Mischen zwei bis maximal die doppelte Ausführzeit zu beschränken. Trotz guter Restefestigkeit ist darauf zu achten, dass keine Materialreste im Verarbeitungsbereich im Sulcus zurückbleiben. Stark unterschiedende Stellen mit unserer Umständen vorgängig auszubrechen.

Check intraorally if the material is set before removing from the mouth.

Disinfection
The impression should be rinsed under running tap water after impression. After this, any generally accepted disinfection with a suitable commercial dental disinfectant solution may be used, but is not necessary.

Information for use
The following points should be observed when autoclaving impressions:
– Only use autoclavable components (e.g. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive AC).
– Rinse and clean impression thoroughly under flowing, lukewarm water.
– Impressions dry in autoclaved directly after taking the impression.
– Autoclave in steam steriliser at 134°C / 273°F (Prion-program)

Important
When sterilising implant impressions, be sure clarify in advance with the manufacturer whether or not the implant components (e.g. impression posts, etc.) are autoclavable.

Fabrication of models
The stone models can be poured after 30 min at the earliest. The stone mixture is automatically dispensable for a practically unlimited period of time (for 8 hours). The surface becomes smooth, polished and pouring will be facilitated if the impression is briefly washed out with a detergent and rinsed thoroughly in lukewarm water.
All industry-standard dental stone model materials (i.e. Fujirock Dental Stone, Hard Rock Dental Stone) can be used.

Cleaning of trays
The impression can be removed with a blunt instrument. Soaking in a universal commercial solvent or petroleum ether will dissolve the COLTENE Adhesive. These solvents should only be used in a well-ventilated area. Trays can be cleaned and disinfected as usual

AFFINIS® heavy body / fast heavy body • surface activated

5. Strânjeți declanșatorul exercitând o forță ușoară, constantă pentru a amesteca și distribui materialul. Evitați mișcările abrupte. Eliberați declanșatorul pentru a opri scurgerea.

Vârful de amestecare
Dezinfectați vârful de amestecare înainte de amestecare cu un dezinfectant. Păstrați în poziție orizontală. Păstrați curățat întotdeauna cu vârful de amestecare atașat. Aceste sigiliează cartușul până când este utilizat din nou și previne contaminarea.
Îndepărtați vârful de amestecare numai imediat înainte de utilizare. Nu atingeți suprafețele sau nu modificați materialul se elimină în mod uniform și atât noul vârf de amestecare.

Recomandări de utilizare
•Tehnica dublu-mix•
În timp ce începeți lingura, medical stomatologia poate începe să aplice materialul fluid în jurul preparării. Încărcarea lingurii și aplicarea materialului fluid în jurul preparării trebuie terminate concomitent. Menținerea vârfului bucal înmersinat tot timpul în material asigură o evita ingăduirea aerului. *Aplicați imediat lingura umplută în cavitatea bucală a pacientului. Aplicați timp de 2–3 s și mențineți în poziție până când materialul se întărește complet.*

•Tehnica in doi timpi•
Cu un aplicator tehnica in doi timpi cu vârfuri sau material de consistență înaltă/fluidă., amprenta primară trebuie realizată cu grad de umplere adecvat spre uscată înainte de folosire. Aceasta va contribui la asigurarea unei bune aderențe între wash materialului cu viscozitate scăzută și materialul turi.

Pentru prelungirea timpului de lucru, materialul poate fi introdus în frigider înainte de a-l utiliza.

Important
Purtați întotdeauna mănuși.
Unele mănuși din latex și suprafețele contaminate de aceste mănuși (dinți), preparații, fișele de retracție gingivală etc.) pot conține în timpul procesul de priză al polivinilsiloxanilor. Materialele și suprafețele uscate amprenta (dinți), preparații, fișele de retracție gingivală etc.) trebuie să vină în contact numai cu materiali spălate și dătite din abundență (cel puțin de 15 s cu un detergent, clătiți cu apă câldă timp de la minim timp de alte 15 s) sau cu mănuși de vinil/nitril. Pompați care conțin eugenol sau substanțe hemostatice pe bază de aluminiu clorură ce pot fi prea perfectă.

Pentru dezinfecție se utilizează peroxidul de hidrogen (H2O2), se recomandă clătirea ulterioară din abundență cu apă câldă pentru a evita formarea bulelor.

Înainte de a îndepărta amprenta din cavitatea bucală, verificați întrarea dacă materialul s-a întărit.

Dezinfectarea
După îndepărtarea sa din cavitatea bucală, amprenta trebuie clătită cu apă curgătoare de la robinet. După clătire, dezinfectați cu o soluție dezinfectantă dentară adecvată din cometi nu va afecta suprafața sau dimensiunile amprentei. Urmați acrilice trebuie protejate împotriva absorbției apei.

Optional
Când se autovalorează amprentele, trebuie avute în vedere următoarele:
1. Utilizați numai componente autoclavabile (de ex., lingura de amprentă PRESIDENT AC, adezivul COLTENE AC).
2. Clătiți și curățați bine amprenta sub un jet de apă curgătoare câldă.
3. Amprentele pot fi autoclavate imediat după ați la 134°C/ 273°F (programul Prion).

Important
Când sterilizați amprentele implantaților, trebuie să clarificați în prealabil cu producătorul dacă piesele componente ale implantului ale de stâlpi de amprentă sunt autoclavabile sau nu.

Fabricarea modelelor
Modelele de gips pot fi turnate cel mai devreme la 30 de minute după priză. Timpul de întărire stabilizare și menționată pe o perioadă de timp practic nelimitată.Se recomandă o priză de 24 de ore înainte de turnarea modelului.

•Tehnica dublu-mix•
În timp ce începeți lingura, medical stomatologia poate începe să aplice materialul fluid în jurul preparării. Încărcarea lingurii și aplicarea materialului fluid în jurul preparării trebuie terminate concomitent. Menținerea vârfului bucal înmersinat tot timpul în material asigură o evita ingăduirea aerului. *Aplicați imediat lingura umplută în cavitatea bucală a pacientului. Aplicați timp de 2–3 s și mențineți în poziție până când materialul se întărește complet.*

Curățarea lingurilor
Lingurile de amprentă folosite trebuie curățate imediat după folosire. Pentru aceasta se poate folosi ACOLTENE. Acești solvenți se pot folosi și pentru a curăța și dezinfecta în mod obișnuit.

Termen de valabilitate și depozitare
AFFINIS îndeplinește scopul pentru care este destinat cel puțin până la data înscrisă pe cutie este recomandă pe recipiente. În recipiente bine sigilate, la temperaturi de 15–25 °C/59–77°F și la o umiditate relativă a aerului de 50%. Amprentele trebuie păstrate la temperatura ambiantă a camere, evitând expunerea la căldură și soare.

Marcaj
Data expirării și numărul [LOT] sunt înscrise pe ambalaj și pe cartușe.

Date tehnice ISO 4823
Măsurătorile se bazează pe o temperatură a camerei de 23°C/73°F și o umiditate relativă de 50%.

AFFINIS heavy body
Timp de amestecare (15 ml): 0:15 min
Timp de priză: 1:30 min
Timp de priză: 2:00 min

AFFINIS fast heavy body
Timp de amestecare (15 ml): 0:15 min
Timp de priză: 0:50 min
Timp de priză: 1:20 min

Data publicării
12-2018

Furnizat numai medicilor stomatologi și laboratoarelor dentare sau la indicația acestora.

Instrucțiuni utilizare **PL**

Definiția
AFFINIS jest masą wysokolepką przeznaczoną do stosowania w stomatologii z urządzeniem do automatycznego mieszania.

Rodzaj materiału
Polivinylosiloksan, aktywowany powierzchniowo elastomer silikonowy typu addycyjnego.

heavy body / fast heavy body
Baza: kolor jasnobrzowy
Katalizator: kolor karmelowy
– ISO 4823, typ 1 gęsta konsystencja

Wskazania
– Masa do pierwszej warstwy wycisków w technice wyciskiej jednoczasowego lub technice jednofazowej podwarstwowej.
– Masa do pierwszej warstwy wycisków w technice podwójnego kleju (jednoczesny wcisk obu faktów pokrywa przy zamkniętej jamie ustnej)
– Wyciski pod protezy ruchome i częściowe.
Odwzorowanie brzegów pobrzeża, wyciski bezrelaxowe lub wyciski metodą „pick-up" oraz przypadki implantologiczne (po wygojeniu i po gorsowości do pobrania wycisku)

Zalecenia dotyczące użycia
•technika jednoczasowa dwuwarstwowa•
Podczas wypełniania łyżki lekarz stomatolog może zapoczątkować nanoszenie masy wash wokół miejsca preparacji. Wypełnienie łyżki materiałem o małym wash wokół miejsca preparacji masą bez zakończenia tym samym czasie. Końcówkę dawania stymuluj cały czas zanurzoną w masie w celu zapobieganiu powstawaniu pęcherzyków powietrza. *Niezwłocznie umieścić napełnioną łyżkę w jamie ustnej pacjenta. Delikatnie nacisnąć przez 2–3 sekundy i przytrzymać na miejscu aż do całkowitego zestalenia masy.*

•technika dwuczasowa dwuwarstwowa•
Wyciski metodą dwuczasową, dwuwarstwową, dwuwarstwowej, pustą lub hard body/wash™ lub wash/wash™ przy użyciu pistoletu do aparatu, endotest wyciski wykonuje się w następnie osuszenie wstępnie wyciskiem. Przed to zapewniamy dobre przyleganie masy wash (masy o niskiej lepkości) i masy wyciskowej stosowanej do pierwszej warstwy.

W celu wyłączenia czasu użytkowania masę można umieścić przed użyciem w lodowcu.

Ważne
Wyciski zawsze nosić rękawiczek.
Rękawiczki lateksowe i powierzchnie skażone rękawiczkami lateksowymi mogą powodować zakłócenia reakcji retrakcyjne itp.) mogą negatywnie wpływać na właściwości materiałów polivinilsiloxanowych. Wszystkie wyciski, na których będzie wykonywany model z gipsu (np. miejsca preparacji, nici retrakcyjne itp.), powinny mieć powierzchnię pozbawioną pozostałości substancji z poprzednich rękawiczkami (myć przez 15 s pod bieżącą wodą, osuszyć, a następnie spłukać wodą). Nie stosować rękawic zawierających proszek. Wyciski należy przepłukać pod bieżącą wodą wodociągową po wyjęciu z jamy ustnej. Po przepłukaniu dezynfekcja odpowiednim, dostępnym w handlu stomatologicznym roztworem dezynfekcyjnym nie będzie miała wpływu na powierzchnię ani na wymiary wycisku. Łyżki akrylowe należy chronić przed wchłanianiem wody.

Opcjonalnie
W przypadku sterylizacji wyciski w autoklawie należy przestrzegać następujących punktów:
1. Stosować tylko komponenty przeznaczone do autoklawu (np. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive AC).
2. Wyciski dokładnie przepłukać i wyczyścić pod bieżącą, letnią wodą.
3. Wyciski można sterylizować w autoklawie bezpośrednio po opłukaniu wyciskiu.
4. Autoklawować w sterylizatorze parowym w temperaturze 134 °C /273 °F (program „prion").

Ważne
W przypadku sterylizacji wyciskiw implantiem należy najpierw wyjaśnić z producentem, czy komponenty implantu (np. wkłady itp.) można sterylizować w autoklawie.

Wykonywanie modeli
Modele z gipsu można odlać najwcześniej po 30 minutach. Wyciski zachowuje wymiary przez praktycznie nieograniczony czas (przez co najmniej 7 tydzień). Najlepsze powierzchniowe będzie wykonywanie modeli z gipsu odpowiednie podłoże wykonywanie modelu poprzez krótkie wypłukanie wyciskiu detergentem i następnie dokładne przepłukanie letniej wodzie.

W celu wykluczenia czasu użytkowania masę można umieścić przed użyciem w lodowcu.

Ważne
Zawsze nosić rękawiczki.
Rękawiczki lateksowe i powierzchnie skażone rękawiczkami lateksowymi mogą powodować zakłócenia reakcji retrakcyjne itp.) mogą negatywnie wpływać na właściwości materiałów polivinilsiloxanowych. Wszystkie wyciski, na których będzie wykonywany model z gipsu (np. miejsca preparacji, nici retrakcyjne itp.), powinny mieć powierzchnię pozbawioną pozostałości substancji z poprzednich rękawiczkami (myć przez 15 s pod bieżącą wodą, osuszyć, a następnie spłukać wodą). Nie stosować rękawic zawierających proszek. Wyciski należy przepłukać pod bieżącą wodą wodociągową po wyjęciu z jamy ustnej. Po przepłukaniu dezynfekcja odpowiednim, dostępnym w handlu stomatologicznym roztworem dezynfekcyjnym nie będzie miała wpływu na powierzchnię ani na wymiary wycisku. Łyżki akrylowe należy chronić przed wchłanianiem wody.

Opcjonalnie
W przypadku sterylizacji wyciski w autoklawie należy przestrzegać następujących punktów:
1. Stosować tylko komponenty przeznaczone do autoklawu (np. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive AC).
2. Wyciski dokładnie przepłukać i wyczyścić pod bieżącą, letnią wodą.
3. Wyciski można sterylizować w autoklawie bezpośrednio po opłukaniu wyciskiu.
4. Autoklawować w sterylizatorze parowym w temperaturze 134 °C /273 °F (program „prion").

Ważne
W przypadku sterylizacji wyciskówimplantem należy najpierw wyjaśnić z producentem, czy komponenty implantu (np. wkłady itp.) można sterylizować w autoklawie.

Wykonywanie modeli
Modele z gipsu można odlać najwcześniej po 30 minutach. Wyciski zachowuje wymiary przez praktycznie nieograniczony czas (przez co najmniej 7 tydzień). Najlepsze powierzchniowe będzie wykonywanie modeli z gipsu odpowiednie podłoże wykonywanie modelu poprzez krótkie wypłukanie wyciskiu detergentem i następnie dokładne przepłukanie letniej wodzie.

W celu wykluczenia czasu użytkowania masę można umieścić przed użyciem w lodowcu.

Ważne
Zawsze nosić rękawiczki.
Rękawiczki lateksowe i powierzchnie skażone rękawiczkami lateksowymi mogą powodować zakłócenia reakcji retrakcyjne itp.) mogą negatywnie wpływać na właściwości materiałów polivinilsiloxanowych. Wszystkie wyciski, na których będzie wykonywany model z gipsu (np. miejsca preparacji, nici retrakcyjne itp.), powinny mieć powierzchnię pozbawioną pozostałości substancji z poprzednich rękawiczkami (myć przez 15 s pod bieżącą wodą, osuszyć, a następnie spłukać wodą). Nie stosować rękawic zawierających proszek. Wyciski należy przepłukać pod bieżącą wodą wodociągową po wyjęciu z jamy ustnej. Po przepłukaniu dezynfekcja odpowiednim, dostępnym w handlu stomatologicznym roztworem dezynfekcyjnym nie będzie miała wpływu na powierzchnię ani na wymiary wycisku. Łyżki akrylowe należy chronić przed wchłanianiem wody.

Opcjonalnie
W przypadku sterylizacji wyciski w autoklawie należy przestrzegać następujących punktów:
1. Stosować tylko komponenty przeznaczone do autoklawu (np. PRESIDENT Tray AC, COLTENE Adhesive AC).
2. Wyciski dokładnie przepłukać i wyczyścić pod bieżącą, letnią wodą.
3. Wyciski można sterylizować w autoklawie bezpośrednio po opłukaniu wyciskiu.
4. Autoklawować w sterylizatorze parowym w temperaturze 134 °C /273 °F (program „prion").

Ważne
W przypadku sterylizacji wyciskówimplantem należy najpierw wyjaśnić z producentem, czy komponenty implantu (np. wkłady itp.) można sterylizować w autoklawie.

Wykonywanie modeli
Modele z gipsu można odlać najwcześniej po 30 minutach. Wyciski zachowuje wymiary przez praktycznie nieograniczony czas (przez co najmniej 7 tydzień). Najlepsze powierzchniowe będzie wykonywanie modeli z gipsu odpowiednie podłoże wykonywanie modelu poprzez krótkie wypłukanie wyciskiu detergentem i następnie dokładne przepłukanie letniej wodzie.

Naudojimo rekomendacijos
•Dvigubo maišymo metodas•
Dvigubo maišymo metodas yra dviejų pakopų metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad preparuotas dantis ir aplinkinės dantenos būtų tinkamai apsaugotos. Pirmiausia užpildomas dantų preparavimo plotas lengvai tekančia medžiaga (pavyzdžiui, putojančiu vinilsiloksanu), kuri yra naudojama kaip pirmasis sluoksnis. Tada ant pirmojo sluoksnio uždedamas antrasis sluoksnis, naudojant standartinę medžiagą (pavyzdžiui, vinilsiloksano pastą). Abu sluoksniai sumaišomi ir dedami ant dantų preparavimo vietos. Šis metodas užtikrina, kad pirmasis sluoksnis tinkamai apsaugotų preparuotą dantį ir aplinkinius audinius, o antrasis sluoksnis suteiktų reikiamą stiprumą ir stabilumą.

Svarbu
Prieš išvalydami atspaudą patikrinkite, ar medžiaga yra tinkamai sukietėjusi.
– Auklėtose temperatūra kietinimo procesa paspartina, žemesnė temperatūra – sulėtina.
Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokitės medžiagą gelbėti įdėtą laikotarpį.

Kontraindikacijos
Nėra žinomų kontraindikacijų, jei gaminys naudojamas kaip nurodyta.

Saliutinis poveikis / sąveika su kitais preparatais
Polivinilsiloksanai pasižymi labai geru biologiniu suderinamumu ir todėl jie netoksiški ir nedirgina audinių. Tačiau, kaip ir bet kuriame kitame medicininiame produkte, yra tikimybė, kad kai kuriems pacientams gali pasireikšti jautrumo reakcijų. Todėl jei pastebėjote bet kokių neigiamų reakcijų, pvz., odos dirginimo ar alerginių reakcijų, rekomenduojame kreiptis į gydytoją.

Nėštumas ir žindymas
Nėštumo ir žindymo laikotarpiu nėra jokių žinomų rizikos veiksnių, susijusių su šiuo gaminiu.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Nėra jokių žinomų poveikio vairavimui ir mechanizmų valdymui.

Dozavimas ir vartojimo būdas
Dozavimo ir vartojimo būdas priklauso nuo konkrečios procedūros ir paciento poreikių. Rekomenduojame vadovautis gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir gerąja praktika.

Perdozavimas
Nėra jokių žinomų perdozavimo atvejų. Jei manote, kad buvo naudojamas per didelis kiekis, kreipkitės į gydytoją.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais
Nėra jokių žinomų sąveikų su kitais vaistiniais preparatais.

Galimas šalutinis poveikis
Kaip ir bet kuriame medicininiame produkte, yra tikimybė, kad kai kuriems pacientams gali pasireikšti jautrumo reakcijų. Jei pastebėjote bet kokių neigiamų reakcijų, pvz., odos dirginimo ar alerginių reakcijų, rekomenduojame kreiptis į gydytoją.

Perdozavimo požymiai, skubios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai
Nėra jokių žinomų perdozavimo atvejų. Jei manote, kad buvo naudojamas per didelis kiekis, kreipkitės į gydytoją.

Fizikinės ir cheminės savybės
Polivinilsiloksanai yra hidrofobiniai ir turi gerą atsparumą drėgmei. Jie yra stabilūs ir atsparūs daugeliui cheminių medžiagų, įskaitant rūgštis, šarmus ir tirpiklius.

Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas
Laikykite gaminį sausoje ir vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros. Galiojimo laikas nurodytas ant dėžutės ir lizdinės plokštelės.

Pakuotės duomenys
Prieinamos įvairios pakuotės, įskaitant dėžutes, lizdines plokšteles ir individualias pakuotes. Konkrečią informaciją apie pakuotės dydį ir turinį rasite gaminio etiketėje.

Papildoma informacija
Jei turite papildomų klausimų apie šį gaminį, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Jie gali suteikti jums daugiau informacijos apie gaminį ir jo naudojimą.

Kaip gaminys tiekiamas ir pakuotės turinys
Gaminys tiekiamas sterilioje pakuotėje, kuri užtikrina jo sterilumą iki pakuotės atidarymo. Pakuotėje yra vienkartinis gaminys ir naudojimo instrukcijos.

Gamintojo kontaktinė informacija
Jei turite klausimų apie gaminį arba norite pateikti atsiliepimų, susisiekite su gamintoju naudodami pateiktą kontaktinę informaciją.

Paskutinio peržiūros atnaujinimo data
Paskutinio peržiūros atnaujinimo data: 2023-08-15