Box size: 2.25 x 5
Overall size: 18 x 21
Folds to: 2.25 x 4.2

COVIDIEN™

Polysorb™
Coated Braided Absorbable Suture

1300577

EN

BEFORE USING PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

DESCRIPTION

Polysorb™ braided sutures are composed of Lactomer™ (glycolide/lactide copolymer) which is a synthetic polymer composed of glycolide and lactide (derived from glycolic acid and lactic acid). Polysorb™ sutures are prepared by coating the suture with a mixture of a caprolactone/glycolide copolymer and calcium stearoyl lactylate. Polysorb™ sutures are colored violet to increase visibility and are also available undyed.

Polysorb™ sutures meet all requirements established by the United States Pharmacopeia (USP) and the European Pharmacopoeia (EP) except for minor variations in suture diameter.

Such variations are:

Maximum Suture Diversion (in Diameter (mm) from USP
USP Size	USP Size Designation (Metric)	Maximum Deviation (mm)
8-0	0.040 - 0.049	0.020
7-0	0.050-0.069	0.030
6-0	0.070-0.099	0.040
5-0	0.100-0.149	0.050
4-0	0.15-0.199	0.050
3-0	0.20-0.249	0.050
2-0	0.30-0.339	0.050
0	0.35-0.399	0.050
1	0.40-0.499	0.050
2	0.50-0.599	0.050

INDICATIONS

Polysorb™ sutures are indicated for use in soft tissue approximation or ligation, including ophthalmic surgery, but not for cardiovascular surgery.

ACTIONS

Polysorb™ sutures elicit a minimal acute inflammatory reaction in tissue, which is followed by a gradual encapsulation of the suture by fibrous tissue.

Progressive loss of tensile strength and eventual absorption of Polysorb™ sutures occurs by hydrolysis of the polymer. Polysorb™ sutures lose approximately 25% of their original tensile strength after 14 days, and approximately 50% after 21 days. Polysorb™ sutures are approximately 140% of their original tensile strength and approximately 0% at three weeks and in excess of 30% at three weeks post implant. Absorption of Polysorb™ sutures is substantially complete between 56 and 70 days.

CONTRAINDICATIONS

Polysorb™ sutures, being absorbable, should not be used where extended approximation of tissue is required.

WARNINGS

Do not resterilize. Sterile sutures packaging has been opened or damaged. Discard open, unused sutures. Store at room temperature. Avoid prolonged exposure to elevated temperatures.

In surgery the entire area or dietary tract, care should be taken to avoid prolonged contact of this, or any other, suture with gut contents, as premature loss of tensile strength may occur.

Do not bend the handles with surgical instruments as this may damage the absorbable suture before employing Polysorb™ sutures for wound closure in the vicinity of abnormal tissue, consideration must be given to the effect on the suture material used.

As any foreign material in the presence of bacterial contamination may enhance bacterial infectivity, acceptable surgical practice must be followed with respect to drainage and the administration of antibiotics when indicated. The use of this suture may be inappropriate in patients with any conditions which, in the opinion of the surgeon, may cause a retardation in normal wound healing.

As this is an absorbable suture material, the use of supplemental nonabsorbable sutures should be considered by the surgeon in closure of the abdomen, chest, joints or other sites subject to expansion or requiring additional support.

PRECAUTIONS

In handling this or any other suture material, care should be taken to avoid damage from handling, mount clamping or cutting beyond the point of tie application of surgical instruments, such as forceps or needle holders. Adequate hand washing and/or use of surgical gloves is recommended.

WARNUNGEN

Nicht resterilisieren. Sterilnahtmaterialien sind nicht mehr steril, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt wurde. Geöffnete, nicht verbrauchte Nahtmaterialien müssen entsorgt werden. Bei Raumtemperatur lagern. Längere Lagerung bei erhöhten Temperaturen vermeiden.

Bei chirurgischen Eingriffen im Magen- oder Gallenwegstrakt ist darauf zu achten, dass jeder verwendete Nahtmaterialfaden nicht vorzeitigen Verlust seiner Reißfestigkeit durch Kontakt mit Darminhalt verursacht wird.

Die Griffe chirurgischer Instrumente nicht zum Biegen von Polysorb™ Nahtmaterialien verwenden, da dies das absorbierbare Nahtmaterial vorzeitig reißen kann. Bei Verwendung von Polysorb™ Nahtmaterialien zum Wundverschluss in der Nähe von abnormalem Gewebe ist der Einfluss des Nahtmaterials auf den Heilungsprozess zu berücksichtigen.

Da jeder Fremdkörper in Anwesenheit einer bakteriellen Kontamination die Infektionsgefahr erhöhen kann, müssen bei Verwendung dieses Nahtmaterials die üblichen chirurgischen Grundsätze bezüglich Drainage und Verabreichung von Antibiotika, wenn indiziert, befolgt werden.

Die Verwendung dieses Nahtmaterials kann bei Patienten unangebracht sein, deren Zustand nach Ansicht des Chirurgen zu einer verzögerten Wundheilung führen kann.

Da es sich um ein resorbierbares Nahtmaterial handelt, sollte der Chirurg bei der Verwendung von Nahtmaterialien, die nicht resorbierbar sind, zum Beispiel bei Verschluss der Bauchdecke, Brust, Gelenken oder anderen Stellen, die einer Dehnung unterliegen oder zusätzliche Unterstützung benötigen, den zusätzlichen Einsatz nicht-resorbierbarer Nahtmaterialien erwägen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bei der Handhabung dieses oder eines anderen Nahtmaterials sorgen Sie bitte dafür, dass Beschädigungen zu vermeiden. Zum Beispiel durch Verletzungen durch chirurgische Instrumente wie z. B. Nadelhalter, Pinzetten oder Klemmen. Eine ausreichende Handwäsche und/oder Verwendung von chirurgischen Handschuhen wird empfohlen.

AVERTISSEMENTS

Ne pas restériliser. Stérilité uniquement garantie si l'emballage n'a pas été ouvert ou endommagé. Mettre au rebut les sutures ouvertes non utilisées. Conserver à température ambiante. Éviter toute exposition prolongée à des températures élevées.

Ce matériau ne convient pas à l'urgence, à la chirurgie ophtalmique ou à la chirurgie cardiovasculaire.

ACTIONS

Les sutures Polysorb™ sont indiquées pour le rapprochement ou la ligature de tissus mous et en chirurgie ophtalmologique, mais pas pour les tissus cardiovasculaires ou osseux.

ACTIONS

Les sutures Polysorb™ produisent une réaction inflammatoire aiguë minimale au niveau des tissus, suivie d'une encapsulation progressive de la suture par du tissu conjonctif fibreux.

La perte progressive de résistance à la traction et la résorption finale des sutures Polysorb™ résultent d'un phénomène d'hydrolyse. En général, elles retiennent environ 75 % de leur résistance à la traction moyenne des sutures Polysorb™ originales après 14 jours, environ 50 % après 21 jours et environ 0 % après 28 jours. Les études indiquent que la résistance à la traction moyenne des sutures Polysorb™ se situe autour de 140 % de la résistance initiale moyenne et tombe à 0 % environ trois semaines après l'implantation. La résorption de Polysorb™ est pratiquement achevée entre 56 à 70 jours.

CONTRE-INDICATIONS

Puisqu'elles sont résorbables, les sutures Polysorb™ ne doivent pas être utilisées lorsque le rapprochement prolongé des tissus est nécessaire.

MISES EN GARDE

Ne pas restériliser. Stérilité uniquement si l'emballage n'a pas été ouvert ou endommagé. Mettre au rebut les sutures ouvertes non utilisées. Conserver à température ambiante. Éviter toute exposition prolongée à des températures élevées.

En matière de chirurgie de l'appareil urinaire ou biliaire, il convient d'éviter tout contact prolongé de cette suture ou de n'importe quelle autre suture avec des solutions salines, car cela peut provoquer la fonte prématurée de celle-ci. Avant d'utiliser les sutures Polysorb™ pour la fermeture de blessures doivent être formulées avec les procédures et techniques chirurgicales impliquant les suture résorbables, car le risque de déhiscence de la blessure peut varier en fonction de l'application et de matériau de la suture utilisée. En présence d'une contamination bactérienne, tout corps étranger peut accentuer le risque d'infection bactérienne. Si souvent donc, de se conformer aux pratiques chirurgicales standard dans le domaines du drainage et de la fermeture en plaies contaminées ou infectes.

L'utilisation de cette suture peut s'avérer inadéquate chez les patients présentant des conditions diverses qui, de l'avis du chirurgien, peuvent provoquer un retard de guérison de la plaie ou y contribuer.

Ce matériau de suture étant résorbable, le chirurgien doit envisager le recours à des sutures supplémentaires non résorbables lors de la fermeture de l'abdomen, du thorax, des articulations ou d'autres sites susceptibles d'expansion ou nécessitant un support additionnel.

MISE EN GARDE

Ne stérilisez. Stérile uniquement si l'emballage n'a pas été ouvert ou endommagé. Mettre au rebut les sutures ouvertes non utilisées. Conservez à température ambiante. Éviter toute exposition prolongée à des températures élevées.

Ce matériau ne convient pas à l'urgence, à la chirurgie ophtalmique ou à la chirurgie cardiovasculaire.

ACTIONS

Les sutures Polysorb™ sont indiquées pour le rapprochement ou la ligature de tissus mous et en chirurgie ophtalmologique, mais pas pour les tissus cardiovasculaires ou osseux.

ACTIONS

Les sutures Polysorb™ produisent une réaction inflammatoire aiguë minimale au niveau des tissus, suivie d'une encapsulation progressive de la suture par du tissu conjonctif fibreux.

La perte progressive de résistance à la traction et la résorption finale des sutures Polysorb™ résultent d'un phénomène d'hydrolyse. En général, elles retiennent environ 75 % de leur résistance à la traction moyenne des sutures Polysorb™ originales après 14 jours, environ 50 % après 21 jours et environ 0 % après 28 jours. Les études indiquent que la résistance à la traction moyenne des sutures Polysorb™ se situe autour de 140 % de la résistance initiale moyenne et tombe à 0 % environ trois semaines après l'implantation. La résorption de Polysorb™ est pratiquement achevée entre 56 à 70 jours.

CONTRE-INDICATIONS

Puisqu'elles sont résorbables, les sutures Polysorb™ ne doivent pas être utilisées lorsque le rapprochement prolongé des tissus est nécessaire.

MISES EN GARDE

Ne pas restériliser